

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.13/02/19/....

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przegląd i konserwację sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Łukowie.”**

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, który posiada uprawnienia do wykonywania przeglądów w przedmiotowej aparaturze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz certyfikatami ze szkoleń dot. świadczenia usług serwisowych wyznaczonej aparatury medycznej, odbytych u niezależnej niemieckiej firmy specjalizującej się w tego typu szkoleniach?

W ustawie prawa Zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zamawiający stawiając wymóg autoryzacji odrzuca Wykonawców, którzy posiadają prawo do wykonywania czynności serwisowych i naprawczych aparatury medycznej. Cechują się wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, posiadają wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, rozbudowane i silne zaplecze logistyczne, techniczne i administracyjne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści takiego Wykonawcę.

2. Pytanie dot. Pakietu nr 14, poz. 19, 20, 21, 59

Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi przeglądu i konserwacji specyficznej grupy szyn ortopedycznych CPM - Artromot, odróżniającej się znacząco od pozostałych przedmiotów zamówienia pod względem zastosowania terapeutycznego, poziomu technologicznego, oprogramowania, warunków certyfikacyjnych, rejestracyjnych, stawki vat oraz co w tej kwestii najistotniejsze opieki serwisowej, instalacji, szkolenia personelu, przeglądów, napraw i konserwacji wymaganych zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych wyodrębni z pakietu nr 14 urządzenia z pozycji 19, 20, 21, 59 (ARTROMOT®) w formie oddzielnego pakietu? Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający będzie miał szansę na wybór takiego Wykonawcy, który zrealizuje usługę przeglądu i konserwacji rzetelnie, profesjonalnie, w pełnej zgodności z zaleceniami serwisowymi producenta (załączamy autoryzację serwisową).

Nadmieniamy ponadto, że do wykonywania okresowych przeglądów technicznych, kalibracji i konserwacji oraz napraw aparatów ortopedycznych ARTROMOT® zgodnie z zaleceniami wytwórcy i warunkami ustawy jest uprawniony jedyny i wyłączny serwis producenta w Polsce. W wypadku kontroli zewnętrznych, audytów lub zdarzeń losowych tylko dopuszczone do eksploatacji aparaty ARTROMOT® przez serwis wytwórcy zapewniają bezpieczną i funkcjonalną terapię. Sporządzany po serwisie certyfikat sprawności technicznej i bezpieczeństwa chroni użytkownika przed konsekwencjami zdarzeń oraz ewentualnymi roszczeniami pacjentów i ich ubezpieczycieli, a także odpowiedzialnością przed biegłymi sądowymi. Stwierdzona ingerencja innego serwisu powoduje utratę ochrony, przywilejów i gwarancji po sprzedaży, jak i udzielanej po każdej wykonanej konserwacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu z uwagi na fakt, iż aparaty umieszczone ww. pakiecie są różnych producentów.

Wydzielenie aparatu elektrochirurgicznego ENDO do oddzielnego pakietu umożliwi nam jako producentowi tego aparatu na złożenie oddzielnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydziela z Pakietu nr 5, poz. 1 i tworzy Pakiet nr 5a. Kwota wadium dla pakietu nr 5 wynosi 30,00 zł, dla pakietu nr 5a wynosi 25,00 zł.

4. Pytanie dot. Pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie urządzeń z pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 15 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty wykonawcy, który jest autoryzowanym serwisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie dot. Pakietu nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie urządzeń z pozycji 1, 2, 3 i 7 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty wykonawcy, który jest autoryzowanym serwisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

6. Pytanie dot. Pakietu nr 19

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie urządzeń z pozycji 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 85, 88, 89, 91, 94, 99, 101, 103 i 129 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty wykonawcy, który jest autoryzowanym serwisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie dot. Pakietu nr 22

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie urządzeń z pozycji 1, 2, 4, 6, 7, 8 i 9 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty wykonawcy, który jest autoryzowanym serwisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie

W nawiązaniu do przyjętych w przedmiotowym postępowaniu warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej tj. potencjału kadrowego zwracam się z pytaniem, czy zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu autoryzowanego serwisu potwierdzającego odbycie wymaganego przeszkolenia. Za pośrednictwem niniejszego pytania, informuję, że w zadaniu nr 10 zamawianym rodzajem usług objęte są urządzenia pochodzące od różnych producentów. Z uwagi na brak otwartych kanałów/ możliwości pozyskania autoryzacji oraz autoryzowanych szkoleń informuję, że na rynku nie ma podmiotu, który posiadałby wszystkie wymagane certyfikaty do wszystkich urządzeń objętych zadaniem nr 10.

Wprowadzony warunek nie tylko zatem narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. Poz. 1986 ze zm.) – Pzp, ale prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania z uwagi na brak ważnych ofert. Wobec niniejszego wnioskujemy o rezygnację z warunku posiadania certyfikatów od autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury wymienionej w zadaniu nr 10 lub wydzielenie poszczególnych urządzeń (tj. wg. producenta) do odrębnych pakietów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia certyfikatu autoryzowanego serwisu potwierdzającego odbycie wymaganego przeszkolenia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi przeszkolenie u producenta/ autoryzowanego przedstawiciela oraz ich certyfikatu, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych (nr norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012), personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wykształcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że wymóg wykazania się przez wykonawców posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że „W zakresie odniesienia się odwołującego do art. 90 ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co wskazał również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że ustawa nie określa, że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. Tym samym nie istnieje ograniczenie możliwości w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego”. (Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12).

Zamawiający dopuści Wykonawcę który posiada personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wykształcenie i przeszkolenie, jak również uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”) oraz bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta.

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Cardio Aid

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. Części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

Akumulator [wymagane 2 szt. na 1 urządzenie]

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

4

A

w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora LifePak 12 co 24 m-ce wymagana jest wymiana następujących części:
Battery Pins [wymagane 4 szt. na 1 urządzenie]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. Części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów LifePak 12 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

13. Pytanie dot. Pakietu nr 10, poz. 2, 7, 12-14, 16-17, 22

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora LifePak 12 co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Bateria podtrzymania pamięci [wymagana 1 szt. na 1 urządzenie] (producent wymaga wymiany elementu co 60 m-cy)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. Części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów LifePak 12 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób

jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

14. Pytanie dot. Pakietu nr 10, poz. 2, 7, 12-14, 16-17, 22

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

W modelu LifePak 12 występują trzy rodzaje akumulatorów:

11141-000106 Li-Ion, 11.1V 7.2Ah, 0,58kg

11141-000149 Ni-cd, 12V 1,6Ah, 0,70kg

11141-000028 Lead, 12V 2,5Ah, 1,30kg

prosimy o jednoznaczną informację w jaki model akumulatora wyposażony jest każdy z defibrylatorów LifePak 12. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie tego stwierdzić. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych

w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

15. Pytanie dot. Pakietu nr 10, poz. 4, 8-10, 20

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora D3 ze względu na stan zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla defibrylatora D3 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności

uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

16. Pytanie dot. Pakietu nr 10, poz. 11, 19, 21

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora AED ze względu na stan zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
- Pakiet akumulatorów

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla defibrylatora AED w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

17. Pytanie dot. Pakietu nr 10, poz. 18

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych

ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora M-Series ze względu na stan zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
- Akumulator

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów M-Series Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian baterii podtrzymania pamięci prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

18. Pytanie dot. Pakietu nr 8, poz. 3

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet n 8 poz. 3 – Aparat USG z wyposażeniem THOSIBA:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 8 pozycji 3 „Aparat USG z wyposażeniem Toshiba”. Umożliwi nam to złożenie ważnej oferty oraz pozwoli również złożyć ważną ofertę większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

19. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy zapisów SIWZ – Aparat USG Toshiba:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia będzie wymagał, aby zamówienie było realizowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające szkolenia producenta do wykonywania napraw/ przeglądów technicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

20. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy zapisów SIWZ :

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla Aparatu USG Toshiba, Zamawiający nie będzie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych ani części zużywalnych, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta – wymiana materiałów eksploatacyjnych/części zużywalnych nie wchodzi w zakres czynności przeglądu/konserwacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

21. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 8 Umowa § 3 ust. 1 oraz § 3 ustr.6:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem postępowania jest wykonywanie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej, nie zaś świadczenie usługi napraw, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy podczas przeglądu wyniknie konieczność wymiany/naprawy elementów/podzespołów - przedmiotowa wymiana/naprawa będzie wykonana na podstawie oferty cenowej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

22. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 8 Umowa § 2 ust. 1:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zakresu czynności, które mają wchodzić w zakres „konserwacji prewencyjnej”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podejmowanie czynności zmierzających do zwiększenia niezawodności oraz trwałości danej aparatury medycznej.

23. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 8 Umowa § 2 ust. 1 ppkt. 6) i 9):

Pragniemy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej, nie zaś świadczenie usługi napraw. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie z powołanych paragrafów następujących sformułowań: „przywrócenie jego sprawności po awarii” (§ 2 UST 1), „naprawy”(§ 2 UST 1 PKT 6) i „naprawa” (§ 2 UST 1 PKT 9).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do prośby. W załączeniu poprawiony wzór umowy.

24. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu echokardiografów i aparatów USG firmy General Electric a w pakiecie 8 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu USG (LOGIQ 7) w oddzielnym pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

25. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy SIWZ punkt 3 ppkt 4: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „instruktaże dla użytkownika”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprzez sformułowanie „instruktaże dla użytkownika” należy rozumieć krótki instruktaż personelu z obsługi sprzętu, którego przeglądy prowadzi Wykonawca, przeprowadzane w czasie wykonania przeglądu po zleceniu otrzymanym od Zamawiającego.

26. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy SIWZ punkt 6 warunki udziału w postępowaniu ppkt 3b: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przeszkolenie w zakresie serwisu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rozumie przez to, że Wykonawca posiada udokumentowaną wiedzę i umiejętności w zakresie przeglądów i napraw sprzętu w zakresie którego złożył ofertę.

27. Pytanie dot. Pakietu nr 8

Dotyczy załącznika numer 6 do SIWZ oraz SIWZ punkt 6 warunki udziału w postępowaniu ppkt 3b : Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących pakietu w którym wymagane jest przeszkolenie przez autoryzowany serwis.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza poprawiony Załącznik nr 6 do SIWZ.

28. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia, iż Wykonawca jest autoryzowanym serwisem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

29. Pytanie dot. wzoru umowy §3 ustęp 4 ppkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie punktu o następującą treść:

„powierzenie jego obsługi osobom przeszkolonym, o odpowiednich kwalifikacjach i mających dostęp do aktualnych instrukcji i not serwisowych dotyczących przeglądów , napraw i konserwacji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił wymagania dotyczące dbałości o sprzęt w SIWZ i wzorze umowy.

30. Pytanie dot. wzoru umowy §3 ustęp 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie punktu o następującą treść:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zasadności wymiany podzespołów, o których mowa w ust. 6 oraz możliwość zlecenia wykonania usługi w innym serwisie autoryzowanym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy.

31. Pytanie dot. wzoru umowy §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu o następującą treść:

W sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpił do konserwacji w terminie przekraczającym 3 dni po uprzednim pisemnym zawiadomieniu w stosunku do terminu wynikającego z Harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3, przegląd może być zlecony innemu serwisowi autoryzowanemu ~~bez~~ ~~odrębnego wzywania do należytego wykonania umowy i uzyskania zgody sądu. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają one z niniejszej umowy, różnicę Zamawiający obciąża Wykonawcę.~~ Wszelkie inne koszty wynikające z powierzenia świadczenia usługi innemu autoryzowanemu serwisowi będą leżały po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy.

32. Pytanie dot. wzoru umowy §6 ustęp 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego ustępu o treści:

W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację następnych czynności do momentu uregulowania istniejących zaległości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy.

33. Pytanie dot. wzoru umowy §7 ustęp 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie punktu o następującą treść?

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku opóźnień w wykonaniu umowy (pojedynczego przeglądu lub konserwacji), przekraczającym 14 dni w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3 o ile **zwłoka nie** zaistniała z uzasadnionych przyczyn o czym Wykonawca informował Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy.

34. Pytanie dot. wzoru umowy §7 ustęp 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie punktu o następującą treść?

Z ważnej przyczyny, w szczególności wystąpienia istotnych zmian organizacyjnych lub prawnych po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania pozostałej części umowy jednak z obowiązkiem rozliczenia istniejących zobowiązań umownych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą za czynności wykonane na rzecz Zamawiającego zgodnie z umową i w terminie obowiązywania umowy.

35. Pytanie dot. wzoru umowy §7 ustęp 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie punktu o następującą treść?

1. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy.

36. Pytanie dot. wzoru umowy §8 ustęp 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych

1) 10% na 5%?

2) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu bez odrębnego wzywania karę umowną w wysokości ~~0,2%~~ 0,1% wartości danego przedmiotu umowy netto stosunkowo do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej całości lub części umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy.

37. Pytanie dot. wzoru umowy §8 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 5 o brzmieniu:

Fakt przekazania sprzętu zastępczego na czas realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar umownych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy.

38. Pytanie dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 2 pracownikami których skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług potwierdzonych aktualnymi certyfikatami producenta, i każda z nich posiada przynajmniej roczne doświadczenie w serwisowaniu co najmniej jednego z urządzeń będących przedmiotem postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami na pytania.

PONADTO

1. Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej również „ustawa”) wprowadza następujące zmiany:

a) W załączniku nr 2 Formularz cenowy, 23 Testy specjalistyczne aparatów i stacji opisowych

Było:

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ, Producent	Nr fabryczny Rok produkcji	Nr inw.	Miejsce zamontowania	Ilość przeglądów i konserwacji w ciągu roku	Całkowity koszt konserwacji i przeglądów z ryczałtowym kosztem dojazdu netto	Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy	Wartość całkowitego kosztu konserwacji i przeglądów, z ryczałtowym kosztem dojazdu w trakcie trwania umowy netto	Przebieg ważny do:
------	------------------	----------------	----------------------------	---------	----------------------	---	--	--	--	--------------------

Jest:

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ, Producent	Nr fabryczny Rok produkcji	Nr inw.	Miejsce zamontowania	Ilość testów w ciągu roku	Całkowity koszt testów z ryczałtowym kosztem dojazdu netto	Ilość testów w trakcie trwania umowy	Wartość całkowitego kosztu testów z ryczałtowym kosztem dojazdu w trakcie trwania umowy netto	Przebieg ważny do:
------	------------------	----------------	----------------------------	---------	----------------------	---------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------------

Było:

3.	Mammograf	Hologic Lorad M-IV TIMCO	18003085853, 2008r.	1060	RTG szpital	1				09.2019r.
----	-----------	--------------------------	---------------------	------	-------------	---	--	--	--	-----------

Jest:

3.	Mammograf	Hologic Lorad M-IV TIMCO	18003085853, 2008r.	1060	RTG szpital	1		2		09.2019r.
----	-----------	--------------------------	---------------------	------	-------------	---	--	---	--	-----------

2. Przesyła aktualne załączniki:

- Załącznik nr 2 Formularz cenowy, 5 Aparaty Elektrochirurgiczne
- Załącznik nr 2 Formularz cenowy, 5a Aparaty elektrochirurgiczne
- Załącznik nr 2 Formularz cenowy, 23 Testy specjalistyczne aparatów i stacji opisowych
- Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- Załącznik nr 8 Projekt umowy
- Załącznik nr 9 Wzór umowy dla Pakietu nr 23

3. Zamawiający w SIWZ PKT. 7 Wymagane dokumenty i oświadczenia, pkt. B) Wykazu wymaganych dokumentów, które powinien posiadać wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga przedstawienia:

Wykazu osób (wymaganych w pkt. 6 SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (*o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 6*).

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą niezbędną do wykonania zamówienia tj. wykaże iż, osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zostały przeszkolone w zakresie serwisu.

A

4. Zamawiający nanosi zmianę w SIWZ PKT. 6 Wykluczenie wykonawców z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu, Warunki udziału w postępowaniu, 3) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Było:

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą niezbędną do wykonania zamówienia (min 2 osoby) tj. aby osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zostały przeszkolone w zakresie serwisu, a w przypadku pakietu nr 10 (Defibrylatory) muszą posiadać certyfikat wystawiony przez autoryzowany serwis.

Jest:

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą niezbędną do wykonania zamówienia (min 2 osoby) tj. aby osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zostały przeszkolone w zakresie serwisu.

5. Zamawiający wprowadza nowy wzór umowy dla Pakietu nr 23.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
d/s Admin.-Eksplatacyjnych
Marek Zalewski

Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 5 - Aparaty Elektrochirurgiczne

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ, Producent	Nr fabryczny , Rok produkcji	Nr inw.	Miejsce zamontowa nia	Ilość przeglądów i konserwacji w ciągu roku	Całkowity koszt konserwacji i przeglądów z ryczałtowym kosztem dojazdu netto	Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy	Wartość całkowitego kosztu konserwacji i przeglądów, z ryczałtowym kosztem dojazdu w trakcie trwania umowy netto	Przegląd ważny do:
1.	Aparat elektrochirurgiczny	ELTRON 160, BECHTOLD	1784363706, 2006r.		Endoskopia	1		2		8.06.2019
2.	Generator elektrochirurgiczny ARC 350	BOWA INTERNATIONAL	35080034, 20 12r.	T-001258	Blok operacyjny	1		2		30.01.2020
SUMA:										

.....
 podpis osoby upoważnionej

Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 5a - Aparaty Elektrochirurgiczne

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ, Producent	Nr fabryczny ,Rok produkcji	Nr inw.	Miejsce zamontowa nia	Ilość przebiegów i konserwacji w ciągu roku	Całkowity koszt konserwacji i przebiegów z ryczałtowym kosztem dojazdu netto	Ilość przebiegów w trakcie trwania umowy	Wartość całkowitego kosztu konserwacji i przebiegów, z ryczałtowym kosztem dojazdu w trakcie trwania umowy netto	Przebieg ważny do:
1.	Aparat elektrochirurgiczny Endo	Endo	600202	1532	Endoskopia	1		2		14.06.2019
SUMA:										

.....
 podpis osoby upoważnionej

a

Formularz cenowy

Pakiet 23 - Testy specjalistyczne aparatów i stacji opisowych										
L.p.	Nazwa urządzenia	Typ, Producent	Nr fabryczny ,Rok produkcji	Nr inw.	Miejsce zamontowa nia	Ilość testów w ciągu roku	Całkowity koszt testów z ryczałtowym kosztem dojazdu netto	Ilość testów w trakcie trwania umowy	Wartość całkowitego kosztu testów z ryczałtowym kosztem dojazdu w trakcie trwania umowy netto	Przegląd ważny do:
1.	Aparat RTG z ramieniem C- przewoźny śródooperacyjny	ZEN 5000, GENORAY	ZEN 05602- 10514	1469	SOR	1		2		09.2019r.
2.	Aparat RTG	Peform- x,CONTROL- X	M53TC211.	T-001246	RTG przych.	1		2		09.2019r.
3.	Mammograf	Hologic Lorad M-IV, TIMKO	1800308585 3, 2008r.	1060	RTG szpital	1		2		09.2019r.
4.	Aparat RTG	INTUITION SYSTEM,AR COMA 0170	1188 SN051/2654 7	T-001247	RTG szpital	1		2		09.2019r.
5.	Aparat RTG przyłóżkowy ze stacją Agfa	DX100 Agafa NV	SNA5411003 199/2018r	2262	RTG szpital	1		2		09.2019r.
6.	Tomograf Komputerowy	ELITE,GE	16400YC4,2 008r.	1066	Pracownia TK	1		2		09.2019r.
7.	Aparat RTG jezdny przyłóżkowy	mobile Art Evolution, Shimatzu	41BDE21410 08	1470	RTG szpital	1		2		09.2019r.

Arkusz 1

8.	Stacja opisowa z dwoma monitorami	GX 240	CZC7407TR C/2017 monitory nr: 26300017, 26303017	1948	RTG szpital, pokój kierownika RTG	1		2		09.2019r.
9.	Stacja opisowa z dwoma monitorami	GX 240	CZC7407TR B/2017 monitory nr: 26156106, 26147106	1949	RTG szpital, pokój lekarza radiologa	1		2		09.2019r.
10.	Stacja opisowa z dwoma monitorami	RX 250	CZC83897M O, monitory nr: 34356068, 33936058		Pokój opisowy TK	1		2		09.2019r.
11.	Stacja opisowa z dwoma monitorami	Nec EA 193Mi	CZCC8165F JZ, monitory nr: 74703317TB , 74703309TB		Pokój opisowy TK	1		2		09.2019r.
12.	Stacja opisowa z dwoma monitorami	RX 250	CZC83897L Z, monitory nr: 34387068, 34360068		RTG przych, pokój opisowy	1		2		09.2019r.
SUMA:										

.....
podpis osoby upoważnionej

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje zawodowe uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie	Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami
1.				
2.				
3.				

Jednocześnie oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.....
(czytelny podpis wykonawcy)

a

UMOWA NRZP/2019
na przegląd i konserwację sprzętu medycznego

zawarta w dniu

między:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21 – 400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000056773, REGON: 000306472, NIP: 825 – 17 – 11 – 719, reprezentowanym przez działających na podstawie pełnomocnictwa:

1.
2.

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

....., prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą
adres: ul., NIP:, Regon:
wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
w....., pod numerem, zwanym
w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr na przegląd i konserwację sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego zwanego również aparatem, określonego w pakiecie nr w ofercie z dnia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wykaz sprzętu objętego umową podlega aktualizacji, która dokonywana będzie przez Zamawiającego w formie skreślenia z wykazu na podstawie orzeczeń technicznych z wnioskiem kasacyjnym stwierdzającym, że dany sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji wydanych przez Wykonawcę lub wycofania sprzętu z eksploatacji przez Zamawiającego z innych powodów.
3. Czynności konserwacyjno-przeglądowe dokonuje Wykonawca na podstawie ustalonych na roboczo z Zamawiającym harmonogramów.
4. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres od dnia r. do dnia

§ 2

1. Przez przeglądy techniczne i konserwację rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta sprzętu medycznego, polegających na: sprawdzeniu poprawności jego działania lub przywróceniu jego sprawności po awarii, legalizacji o ile jest wymagana, kalibracji lub regulacji wymaganej przez producenta i obowiązujące w tym zakresie przepisy, wykonaniu testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączanych do sieci 230 V, zgodnie z normą PN-EN 62353 lub inną równoważną oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu, a ponadto konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych, potwierdzonych protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu, z uwzględnieniem następujących zasad:
 - 1) czynności konserwacyjno-przeglądowe powinny być poprzedzone zebraniem informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach i polegać na oględzinach aparatu, usunięciu zauważonych usterek nie wymagających dużego nakładu pracy i/lub użycia części zamiennych, pracach konserwacyjnych określonych przez producenta, regulacji i pomiarów kontrolnych (w tym testów bezpieczeństwa), sprawdzeniu działania aparatu oraz drobnych naprawach bieżących,

Q

- 2) zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2019 r. poz.175 z późn.zm.),
 - 3) podczas pierwszego przeglądu Wykonawca sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika. W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez Wykonawcę,
 - 4) w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone instruktaże dla użytkownika (w cenie przeglądu),
 - 5) Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonaniem umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
 - 6) przeglądy techniczne i konserwacyjne powinny być wykonywane w zgodzie z Harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 3, w terminach uzgodnionych drogą faxową lub elektroniczną z Zamawiającym (Sekcją Eksploatacji i Aparatury Medycznej), a po przeglądzie aparat powinien być oznaczony przez Wykonawcę naklejką zawierającą min. informacje o sprawności aparatu oraz o miesiącu i roku kolejnego przeglądu,
 - 7) czynności konserwacyjno – przeglądowe powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta aparatu, obowiązującymi normami przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż., wyłącznie przez osoby posiadające wymagane odrębnymi przepisami prawa kwalifikacje,
 - 8) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania,
 - 9) każda czynność (przegląd i konserwacja) powinna zostać wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego urządzenia, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (w cenie przeglądu) odpowiednie orzeczenie techniczne.
2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić czytelną kartę pracy/ raport serwisowy z przeprowadzonego przeglądu, zawierającą/y m.in. wykaz dokonanych czynności, wykaz wymienionych elementów/podzespołów i inne dane dotyczące przeprowadzonego przeglądu.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przeglądu, konserwacją i naprawą.

§ 3

1. Cena dotycząca przeglądów okresowych musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w skali roku w związku z wykonywaniem przeglądów okresowych, łącznie z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego, nakład pracy, kosztami wszystkich elementów/podzespołów wymagających wymiany w trakcie przeglądów, ekspertyzami, opiniami i zaleceniami, podatkami i innymi kosztami.
2. Wykonawca wykonuje usługi objęte umową w siedzibie Zamawiającego. W razie potrzeby wykonania usług poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonuje transportu sprzętu medycznego objętego niniejszą umową do swojej siedziby i z powrotem na własny koszt. W przypadku wyboru transportu kurierskiego powinna być to profesjonalna firma, przy czym usługa przesyłki powinna być zamówiona przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, z opcją „sprawdzam zawartość” bądź inną równoważną.
3. Udostępnienie urządzenia i jego wysyłka do czynności przeglądowych – wymaga uprzedniego uzgodnienia terminu z Zamawiającym. W przypadku niemożności udostępnienia aparatu do przeglądu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca z Zamawiającym uzgodni inny dogodny dla stron termin.
4. Zamawiający zobowiązany jest do należytej dbałości o sprzęt medyczny poprzez:
 - 1) powierzenie jego obsługi osobom przeszkolonym, o odpowiednich kwalifikacjach;
 - 2) przestrzeganie zasad obsługi zawartych w instrukcjach fabrycznych oraz zalecanych przez Wykonawcę;
5. Po wykonaniu usługi Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację związaną z realizacją usługi. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie stempla Zamawiającego i podpisanie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
6. Gdy w trakcie realizacji usług przeglądowych, Wykonawca stwierdzi konieczność dokonania wymiany podzespołów, powiadamia o tym niezwłocznie Zamawiającego w formie opinii,

zaleceń lub ekspertyzy oraz przedstawia kosztorys związany z zakupem podzespołów do wymiany.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zasadności wymiany podzespołów, o których mowa w ust. 6 oraz możliwość zlecenia wykonania usługi w innym serwisie.

§ 4

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, związanych ze sprzętem medycznym podlegającym przeglądom, powstałych w czasie realizacji niniejszej umowy, mających wpływ na sposób korzystania z ww. sprzętu oraz zasad jego obsługi.

§ 5

W sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpił do konserwacji w terminie przekraczającym 3 dni w stosunku do terminu wynikającego z Harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3, przegląd może być zlecony innemu serwisowi, bez odrębnego wzywania do należytego wykonania umowy i uzyskania zgody sądu. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają one z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę. Różnicę tę Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonując kompensaty należności bez odrębnego wzywania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

1. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty zł brutto (słownie złotych:) i jest zgodna z ceną przedstawioną w ofercie złożonej w postępowaniu
2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi przeglądów według stawek podanych w ofercie.
3. Za wykonane przeglądy Zamawiający dokona zapłaty w terminie 60 dni na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest na każdej wystawionej fakturze do przywołania numeru niniejszej umowy poprzez zamieszczenie następującego sformułowania: zgodnie z Umową Nr z dnia
4. Dopuszcza się zmianę wartości umowy z powodu zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa, na pisemny i odpowiednio umotywowany wniosek Wykonawcy.
5. W przypadku wycofania sprzętu medycznego z eksploatacji zapłata za wykonywane usługi zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości wycofanych aparatów i pozostałych do wykonania przeglądów, bez prawa żądania w tym zakresie wynagrodzenia bądź odszkodowania przez Wykonawcę.
6. Strony rozważą możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia lub wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi dotyczące niniejszej Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
12. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia lub 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 lub pkt 4.
14. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, Strona która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
16. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (pojedynczego przeglądu lub konserwacji), przekraczającym 14 dni w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Z ważnej przyczyny, w szczególności wystąpienia istotnych zmian organizacyjnych lub prawnych po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania pozostałej części umowy.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia bez odrębnego wzywania kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części zamówienia netto.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu bez odrębnego wzywania karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy netto stosunkowo do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej całości lub części umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 z należnego mu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy i upoważnia do tego Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

**UMOWA NRZP/2019
na testy specjalistyczne¹**

w dniu

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21 – 400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000056773, REGON: 000306472, NIP: 825 – 17 – 11 – 719, reprezentowanym przez działających na podstawie pełnomocnictwa:

1.
2.

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

....., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą adres: ul., NIP:, Regon:, wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w....., pod numerem, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr na testy specjalistyczne sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę usługą polegającą na wykonywaniu testów specjalistycznych i sporządzaniu Protokołów z testów specjalistycznych, sprzętu medycznego zwanego również aparatem, znajdujących się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z testami specjalistycznymi po naprawie/regulacji aparatu w zakresie wynikającym z naprawy/regulacji aparatu. określonego w pakiecie nr w ofercie z dnia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Testy specjalistyczne wykonywane będą zgodnie z wymaganiami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2013.1015). W szczególności Wykonawca wykona wszystkie możliwe testy specjalistyczne przewidziane w Załączniku nr 6 do wspomnianego Rozporządzenia dla poszczególnych aparatów.
3. Wykonawca gwarantuje przekazanie Zamawiającemu po wykonaniu testów specjalistycznych Protokołu z testów specjalistycznych w jednym oryginale dla każdego poddanego testom aparatu i związanych z nim urządzeń pomocniczych.
4. Wykaz sprzętu objętego umową podlega aktualizacji, która dokonywana będzie przez Zamawiającego w formie skreślenia z wykazu na podstawie orzeczeń technicznych z wnioskiem kasacyjnym stwierdzającym, że dany sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji wydanych przez Wykonawcę lub wycofania sprzętu z eksploatacji przez Zamawiającego z innych powodów.
5. Czynności w ramach niniejszej umowy dokonuje Wykonawca na podstawie ustalonych na roboczo z Zamawiającym harmonogramów. Czynności powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta aparatu, obowiązującymi normami przepisami prawa oraz z

¹ Dotyczy wyłącznie pakietu nr 23

A

zachowaniem przepisów BHP i p.poż., wyłącznie przez osoby posiadające wymagane odrębnymi przepisami prawa kwalifikacje

6. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania.
7. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres od dnia r. do dnia

§ 2

1. Zamawiający w uzgodnionym w trybie § 1 ust. 5 terminie udostępni Wykonawcy podlegające badaniu aparaty wraz z materiałami zużywalnymi (błony, odczynniki) oraz zapewni stałą obecność osoby lub osób uprawnionych do obsługi aparatów i urządzeń pomocniczych.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy wgląd do dokumentacji technicznej badanych aparatów, a jeśli okaże się ona niekompletna lub niewystarczająca zobowiązuje się uzyskać potrzebne informacje od producentów bądź dostawców badanych urządzeń.
3. Ekspozycje będzie wykonywała osoba lub osoby uprawnione do obsługi aparatów, z zachowaniem zasad postępowania przyjętych w placówce, zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami oraz instrukcjami obsługi aparatów.
4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości konieczność i zobowiązuje się do wyłączenia aparatu z użytkowania na czas trwania testów.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim.
6. Osobą odpowiedzialną za kontakty i współpracę merytoryczną z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest..... Osobą odpowiedzialną za wykonywanie umowy po stronie Wykonawcy jest
7. Zamawiającemu przysługuje roczna gwarancja na wykonaną usługę, zobowiązującą Wykonawcę do bezpłatnej realizacji uznanych przez Wykonawcę zapytań, uwag i reklamacji.

§ 3

1. Cena dotycząca testów specjalistycznych musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w skali roku w związku z wykonywaniem testów specjalistycznych, łącznie z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego, nakład pracy, ekspertyzami, opiniami i zaleceniami, podatkami i innymi kosztami.
2. Wykonawca wykonuje usługi objęte umową w siedzibie Zamawiającego. W razie potrzeby wykonania usług poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonuje transportu sprzętu medycznego objętego niniejszą umową do swojej siedziby i z powrotem na własny koszt. W przypadku wyboru transportu kurierskiego powinna być to profesjonalna firma, przy czym usługa przesyłki powinna być zamówiona przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, z opcją „sprawdzam zawartość” bądź inną równoważną.
3. Udostępnienie aparatu i jego wysyłka do wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniego uzgodnienia terminu z Zamawiającym.

§ 4

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, związanych ze sprzętem medycznym podlegającym testom specjalistycznym, powstałych w czasie realizacji niniejszej umowy, mających wpływ na sposób korzystania z ww. sprzętu oraz zasad jego obsługi.

§ 5

W sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpił do wykonania testów specjalistycznych w terminie przekraczającym 3 dni w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 5, test specjalistyczny może być zlecony innemu podmiotowi, bez odrębnego wzywania do należytego wykonania umowy i uzyskania zgody sądu. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają one z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę. Różnicę tę Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonując kompensaty należności bez odrębnego wzywania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty zł brutto (słownie złotych:) i jest zgodna z ceną przedstawioną w ofercie złożonej w postępowaniu
2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi testów specjalistycznych według stawek podanych w ofercie.
3. Za wykonane testy specjalistyczne Zamawiający dokona zapłaty w terminie 60 dni na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest na każdej wystawionej fakturze do przywołania numeru niniejszej umowy poprzez zamieszczenie następującego sformułowania: zgodnie z Umową Nr z dnia
4. Dopuszcza się zmianę wartości umowy z powodu zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa, na pisemny i odpowiednio umotywowany wniosek Wykonawcy.
5. W przypadku wycofania sprzętu medycznego z eksploatacji zapłata za wykonywane usługi zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości wycofanych aparatów i pozostałych do wykonania testów specjalistycznych, bez prawa żądania w tym zakresie wynagrodzenia bądź odszkodowania przez Wykonawcę.
6. Strony rozważą możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia lub wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi dotyczące niniejszej Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku

z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

12. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia lub 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 lub pkt 4.
14. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, Strona która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
16. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (pojedynczego testu specjalistycznego), przekraczającym 14 dni w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 5.
3. Z ważnej przyczyny, w szczególności wystąpienia istotnych zmian organizacyjnych lub prawnych po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania pozostałej części umowy.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia bez odrębnego wzywania kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części zamówienia netto.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu bez odrębnego wzywania karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy netto stosunkowo do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej całości lub części umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu testu specjalistycznego w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 5.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 z należnego mu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy i upoważnia do tego Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

A