



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Łuków, dn. 20.08.2018 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.19/02/18/....

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę mebli medycznych na potrzeby SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: wyposażenie SOR SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim

1. Pytanie dot. Pakiet nr 5: poz. 5.5- szafka przyłóżkowa:

Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego jest lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza

2. Pytanie dot. Pakiet nr 5: poz. 5.5- szafka przyłóżkowa:

Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której szuflada i drzwiczki wyposażone są ergonomiczne, aluminiowe uchwyty do otwierania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza

3. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie taboretu na kółkach o średnicy podstawy 480 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie 2 pozycja 2 pkt II 2 na:

2	Średnica podstawy 550mm (±70mm), podstawa pięcioramienna, kółka o średnicy 50mm w tym min. 2 z hamulcem	Tak	
---	---	-----	--

4. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie taboretu z regulowaną wysokością w zakresie 490-630 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie 2 pozycja 2 pkt II 5 oraz pkt 8 na:

5.	Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie min. od 49-63cm	Parametr wymagany- 0 pkt. Najszerszy zakres – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
----	---	---	--

A



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



8.	Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce	24 m-ce – 0 pkt. ≥ 36 m-cy – 10 pkt.	
----	---	---	--

5. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stolików zabiegowych wyposażonych w koła fi 80 mm w obudowie tworzywowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie 2 pozycja 6 pkt II 1 oraz w Pakiecie 2 pozycja 7 pkt II 1 na:

1.	<p>Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub 1H18N9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego o średnicy 85 mm (± 15mm), w tym min. dwa z blokadą, • przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, • blat z podniesionym rantem, montowany na stałe do stelaża, • pokrywa od stelaża na odpady z tworzywa ABS w kolorze szarym 	TAK, podać	
----	--	------------	--

6. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stolików zabiegowych z uchwytem do prowadzenia o średnicy 20 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie 2 pozycja 6 pkt II 2 oraz w Pakiecie 2 pozycja 7 pkt II 2 na:

2.	<p>Wyposażenie min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1xblat 705x415x20mm (± 5mm), • 2xblat 655x415x20mm (± 5mm), • 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą mocowany na szynę instrumentalną (1 SZT.) z możliwością demontażu uchwyty, • 2xuchwyt do prowadzenia pręt o średnicy 13 mm (± 7mm), • 1xmiska ze stali nierdzewnej na odpadki o poj. 220ml z możliwością demontażu 	TAK, podać	
----	--	------------	--

7. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy z 6 do 10 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin dostawy dla pakietu 2 na 8 tygodni.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



8. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stolików zabiegowych ze stelażem na odpady, w których pokrywa wykonana jest również ze stali nierdzewnej tak jak konstrukcja całego wózka?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

9. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stolików zabiegowych ze stelażem na odpady, w których pokrywa wykonana jest z tworzywa w kolorze białym ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

PONADTO

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wprowadza następujące zmiany do SIWZ

1. W pkt 15 ocena ofert

Pakiet nr 1, nr 2, nr 3:

Było:

- **dlugość okresu gwarancji**, waga 10 %, sposób oceny: ocena na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji (min. 12 m-ce max. 48 m-cy) zgodnie z określoną punktacją dla pozycji wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ; Sposób oceny : Zgodnie ze wzorem poniżej do oceny gwarancji.
Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:
 - w zakresie każdego z kryteriów, oferta może uzyskać maksymalną ilość punktów: pakiet nr 1 – 20 punktów, pakiet nr 2 – 75 pkt, pakiet nr 3 – 10 pkt.
 - ocena punktowa w zakresie każdego z kryteriów dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Powinno być:

- **dlugość okresu gwarancji**, waga 10 %, sposób oceny: ocena na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji (min. 24 m-ce max. 36 m-cy) zgodnie z określoną punktacją dla pozycji wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ; Sposób oceny : Zgodnie ze wzorem poniżej do oceny gwarancji.
Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:
 - w zakresie każdego z kryteriów, oferta może uzyskać maksymalną ilość punktów: pakiet nr 1 – 20 punktów, pakiet nr 2 – 80 pkt, pakiet nr 3 – 10 pkt.
 - ocena punktowa w zakresie każdego z kryteriów dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pakiet nr 4 i nr 5:

Było:

- **dlugość okresu gwarancji**, waga 40 %, sposób oceny: ocena na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji (min. 12 m-ce max. 48 m-cy) zgodnie z określoną punktacją dla pozycji

A



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ; Sposób oceny : Zgodnie ze wzorem poniżej do oceny gwarancji.

Powinno być:

- **długość okresu gwarancji**, waga 40 %, sposób oceny: ocena na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji (min. 24 m-ce max. 36m-cy) zgodnie z określoną punktacją dla pozycji wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ; Sposób oceny : Zgodnie ze wzorem poniżej do oceny gwarancji.

Było:

2. Długość okresu gwarancji

$P_{x,y}$ = suma punktów przyznanych z tabeli poniżej * Waga y

<i>Długość okresu gwarancji</i>	<i>Ilość punktów możliwych do uzyskania za każdy sprzęt w danym pakiecie</i>
48 miesięcy	10 pkt.
36 miesięcy	5 pkt.
24 miesiące	0 pkt.

Powinno być:

$P_{x,y}$ = suma punktów przyznanych zgodnie z załącznikiem nr 2 * Waga y

<i>Długość okresu gwarancji</i>	<i>Ilość punktów możliwych do uzyskania za każdy sprzęt w danym pakiecie</i>
48 miesięcy	10 pkt.
36 miesięcy	5 pkt.
24 miesiące	0 pkt.

3. Załącza poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ na pakiet nr 2 i pakiet nr 4.

4.przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 24 sierpnia 2018 r. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30.

Z poważaniem: