



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Łuków, dn. 10.07.2018 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.14/02/18/....

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *dostawę zestawów narzędzi dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu: wyposażenie SOR SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim.*

1. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część A zestaw do amputacji x 2 – poz. 34-39

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

2. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część B. Piła do cięcia gipsu poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nożyce do gipsu o dł. 260mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*

3. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E. zestaw do trepanacji 1 zestaw poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Mayo- Stille proste o długości 170 mm ostrza tępo tępe zagięte?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*

4. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E. zestaw do trepanacji 1 zestaw poz. 30

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne o dł. 150 mm z zapadką, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*

5. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E. zestaw do trepanacji 1 zestaw poz. 31

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Hegar o dł. 205 mm z zapadką część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



6. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E, zestaw do trepanacji 1 zestaw poz. 45
Czy Zamawiający dopuści 3 o dł. 210 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

7. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E, zestaw do trepanacji 2 - 1 zestaw poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Mayo-Stille proste o długości 170 mm
ostra tępo zagięte?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

8. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E, zestaw do trepanacji 2 - 1 zestaw poz. 30

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne o dł. 150 mm z zapadką, część robocza z twardą
wkładką szczęki zabkowane skok 0,4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

9. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E, zestaw do trepanacji 2 - 1 zestaw poz. 31

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Hegar o dł. 205 mm z zapadką część robocza z
twardą wkładką szczęki zabkowane skok 0,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

10. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E, zestaw do trepanacji 2 - 1 zestaw poz. 45

Czy Zamawiający dopuści Dalgren odgryzacz czaszkowy o dł. 210 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

11. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część F, zestaw do cięcia - poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kleszcze ginekologiczne hakowe typ Museux o długości 240 mm 9
1/2" odgięte w bok 2x2 zębny szerokość haka 6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

12. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część F, zestaw do cięcia - poz. 17

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Lexer odgięte o dł. 165 mm ostrza tępo tępe
wąskie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

13. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część J, zestaw do tyżeczowania - 2 zestawy - poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny dwutyżkowy typ Kallmorgen wielkość tyżek
95x39 mm o dł. 200 mm matowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

14. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część C zestaw do plastyki - poz. 23-29

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu
narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . koszt wykonany z jednego płyta



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

15. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E. zestaw do trepanacji 1 zestaw poz. 37-40

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

16. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część E. zestaw do trepanacji 2 - 1 zestaw poz. 37-42

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

17. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część F. zestaw do cięcia – poz. 22-27

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

18. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Część J. zestaw do łyżeczkowania - 2 zestawy – poz. 55-57, 59-61

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



19. Pytanie dot. Pakietu nr 1
Część M. zestaw ginekologiczny - 2 zestawy – poz. 3
Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Mayo - Lexer odgięte o dł. 165 mm ostrza tępo tępe wąskie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

20. Pytanie dot. Pakietu nr 1
Część M. zestaw ginekologiczny - 2 zestawy – poz. 50
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki jelitowe typ Allis o dł. 150 mm proste uzębienie atraumatyczne szerokość szczęki 6,2 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

21. Pytanie dot. Pakietu nr 1
Część M. zestaw ginekologiczny - 2 zestawy – poz. 54-59
Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację. kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obtyłymi nożkami stabilizacyjnymi oraz uchwyty z możliwością regulacji w trzech pozycjach. duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

22. Pytanie dot. Pakietu nr 1
Część U. zestaw do chirurgii ręki - 1 zestaw – poz. 1
Czy Zamawiający dopuści nożyczki delikatne preparacyjne proste typ Stevens o dł. 115 mm ostrza ostro ostre?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

23. Pytanie dot. Pakietu nr 1
Część U. zestaw do chirurgii ręki - 1 zestaw – poz. 2
Czy Zamawiający dopuści nożyczki delikatne preparacyjne odgięte typ Stevens długość 115 mm ostrza tępo tępe?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

24. Pytanie dot. Pakietu nr 1
Część U. zestaw do chirurgii ręki - 1 zestaw – poz. 24
Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę Lempert o szer. 6,3 mm długość 185 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

25. Pytanie dot. Pakietu nr 1
Część U. zestaw do chirurgii ręki - 1 zestaw
Czy Zamawiający wymaga zaopferowania dodatkowo kontenera o sterylizacji zestawu narzędzi w skład, którego wchodzi: kosz na narzędzia 243x253x106mm, wykonany z materiału nierdzewnego, możliwość zamknięcia poprzez zastosowanie dodatkowej pokryw zewnętrznej z uchwytem, wykonany poprzez wycięcie z jednego arkusza blachy uniemożliwiającego zacementowanie się narzędzi w trakcie użytkowania (nie siatki druciane), posiadający stopki (ograniczniki) plastikowe w celu stabilnego umieszczenia w wannie kontenera – 1 szt., mata silikonowa z perforacją i wypukłościami (tzw. język) wymiary 248x237 mm kolor żółty – 1 szt., wanna kontenera 300x274x135 mm, aluminiowa, wykonana z jednego kawałka materiału,



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



profilowane dno, zewnętrzny test chemiczny, plastikowa plomba, tabliczka informacyjna po obu stronach wanny, wyposażona w uchwyty blokowane pod kątem 90° - 1 szt., pokrywa kontenera z aluminium o gr 2 mm z systemem otwartym z barierą p/bakteryjną gwarantującym min. 5000 cykli mycia i sterylizacji, kolor niebieski (całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy nie wymagający materiałów zużywalnych) pasująca do zaoferowanej wanny – 1 szt. tabliczka identyfikacyjna z opisem do 13 miejsc czerwona – 2 szt., tabliczka identyfikacyjna z opisem do 13 miejsc niebieska – 2 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wymaga dostarczenia kontenera zgodnie z SIWZ (Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 6 lipca 2018 r.).*

26. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Cześć U. zestaw do chirurgii ręki 2 - 1 zestaw – poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki delikatne preparacyjne proste typ Stevens o dł. 115 mm ostrza ostro ostre?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*

27. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Cześć U. zestaw do chirurgii ręki 2 - 1 zestaw – poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki delikatne preparacyjne odgięte typ Stevens długość 115 mm ostrza tępo tępe?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*

28. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Cześć U. zestaw do chirurgii ręki 2 - 1 zestaw – poz. 24

Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę Lempert o szer. 6,3 mm długość 185 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*

29. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Cześć U. zestaw do chirurgii ręki 2 - 1 zestaw

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowo kontenera o sterylizacji zestawu narzędzi w skład, którego wchodzi: kosz na narzędzia 243x253x106mm, wykonany z materiału nierdzewnego, możliwość zamknięcia poprzez zastosowanie dodatkowej pokrywy zewnętrznej z uchwytem, wykonany poprzez wycięcie z jednego arkusza blachy uniemożliwiającego zaczepienie się narzędzi w trakcie użytkowania (nie siatki druciane), posiadający stopki (ograniczniki) plastikowe w celu stabilnego umieszczenia w wannie kontenera – 1 szt., mata silikonowa z perforacją i wypukłościami (tzw. język) wymiary 248x237 mm kolor żółty – 1 szt., wanna kontenera 300x274x135 mm, aluminiowa, wykonana z jednego kawałka materiału, profilowane dno, zewnętrzny test chemiczny, plastikowa plomba, tabliczka informacyjna po obu stronach wanny, wyposażona w uchwyty blokowane pod kątem 90° - 1 szt., pokrywa kontenera z aluminium o gr 2 mm z systemem otwartym z barierą p/bakteryjną gwarantującym min. 5000 cykli mycia i sterylizacji, kolor niebieski (całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy nie wymagający materiałów zużywalnych) pasująca do zaoferowanej wanny – 1 szt. tabliczka identyfikacyjna z opisem do 13 miejsc czerwona – 2 szt., tabliczka identyfikacyjna z opisem do 13 miejsc niebieska – 2 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wymaga dostarczenia kontenera zgodnie z SIWZ (Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 6 lipca 2018 r.).*

30. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Cześć D. zestaw do tracheostomii 2 zestawy – poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Rankin odgięte o dł. 160 mm?





Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

31. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część D, zestaw do tracheostomii 2 zestaw – poz. 17-22

Czy Zamawiający dopuści koszt na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . koszt wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwyty z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

32. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część D, zestaw do tracheostomii 2 zestaw – poz. 25

Czy Zamawiający dopuści narzędzie do cięcia krtani o długości 200 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

33. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część H, zestaw do szycia - 5 zestawów – poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typu Burns o dł. 165 mm i szer. łyżki 5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

34. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część H, zestaw do szycia - 5 zestawów – poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typu Burns o dł. 165 mm i szer. łyżki 3 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

35. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część H, zestaw do szycia - 5 zestawów – poz. 7

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny typ Jansen o długości 175 mm prosty?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

36. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część H, zestaw do szycia - 5 zestawów – poz. 8

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny typ Jansen o długości 175 mm zagięty?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

37. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część H, zestaw do szycia - 5 zestawów – poz. 25-30

Czy Zamawiający dopuści koszt na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . koszt wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwyty z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



38. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz. 6

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre o długości 165 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

39. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.14

Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną typ Micro-Adson prostą o długości 150 mm końcówka robocza 1/2 ząbki delikatna końcówka robocza wymiar 1x0,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

40. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.16

Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną typ Micro-Adson prostą o długości 120 mm końcówka robocza 1/2 ząbki delikatna końcówka robocza wymiar 1x0,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

41. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.21

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Micro Halsted odgięte o długości 125 mm delikatne skok ząbków 0,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

42. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.27

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki preparacyjne do podwiązek typ Baby-Mixer odgięte o długości 180 mm skok ząbków 0,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

43. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.31

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Converse z zapadką o długości 120 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

44. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.37

Czy Zamawiający dopuści zacisk jelitowy typ Doyen odgięty długość 240 mm miękki i elastyczny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

45. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.38


Czy Zamawiający dopuści zacisk jelitowy typ Doyen prosty długość 240 mm miękki i elastyczny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

46. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy – poz.47

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ Collin długość 230 mm proste?



Część L. zestaw brzuszný/ostý - 2 zestawy - poz. 41-46
Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację. kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obtyłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwyty z możliwością regulacji w trzech pozycjach. duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

53. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Czy Zamawiający dopuści nożyczki do szwów typ Littauer długość 135 mm?

52. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm?

51. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część I. Zestaw dziecięcy- 2 zestawy - poz. 74
Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację. kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obtyłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwyty z możliwością regulacji w trzech pozycjach. duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

50. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do opatrunków odgięte typ Foerster Ballenger długość 240 mm z zamkiem?

49. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Kelly proste długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm?

48. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typ Babcock długość 240 mm proste część robocza z uźębieniem atrumatycznym typ De Bakey?

47. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko





Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

54. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część N. zestaw brzuszny/zachowawczy - 2 zestawy – poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pincetę anatomiczną wzór szwedzki prostą o długości 170 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

55. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część N. zestaw brzuszny/zachowawczy - 2 zestawy – poz. 20-25

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

56. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część O. zestaw konwersji - 2 zestawy – poz. 28

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępo utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

57. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część O. zestaw konwersji - 2 zestawy – poz. 30

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Mayo-Stille proste długość 170 mm ostrza tępo tępo?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

58. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część O. zestaw konwersji - 2 zestawy – poz. 37-42

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu narzędzi zapewniający prawidłową dezynfekcję i sterylizację . kosz wykonany z jednego płyta blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach . duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm ; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

59. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część R. Zestaw naczyniowy - 2 zestawy – poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Pean odgięte dł. 160 mm 5 1/2" skok ząbków 0,7 mm?


Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 6 lipca 2018 r.

60. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Część R. Zestaw naczyniowy - 2 zestawy – poz. 15

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Pean odgięte dł. 140 mm 5 1/2" skok ząbków 0,7 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie



większej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie Przedmiotu umowy; jednak nie
mowa w § 1 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu umowy, o której
a) w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego w terminie Przedmiotu umowy netto, o której
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną;

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
Czy w celu miarowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
65. Pytanie dot. Wzoru umowy § 7 ust. 1

wymagania zgodnie z SIWZ.
kwaadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie
8,0 mm; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?
w trzech pozycjach. duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze
blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwyty z możliwością regulacji
narzędzi zapewniających prawidłową dezynfekcję i sterylizację. Kosz wykonany z jednego płyta
Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu
Część S. zestaw do przepukliny - 2 zestawy - poz. 17-22

65. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
zaofertowania?
Czy ze względu na wycofanie pozycji z produkcji Zamawiający zrezygnuje z wymogu jej
Część R. Zestaw naczyniowy - 2 zestawy - poz. 36

64. Pytanie dot. Pakietu nr 2

wymagania zgodnie z SIWZ.
kwaadratów o minimalnym wymiarze 8,0 mm, maksymalnym wymiarze 8,5 mm. Pozostałe
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dużą perforację dna kosza w kształcie
8,0 mm; maksymalnym wymiarze 8,5 mm?
w trzech pozycjach. duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o minimalnym wymiarze
blachy nierdzewnej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwyty z możliwością regulacji
narzędzi zapewniających prawidłową dezynfekcję i sterylizację. Kosz wykonany z jednego płyta
Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia o rozmiarze dopasowanym optymalnie do zestawu
Część R. Zestaw naczyniowy - 2 zestawy - poz. 26-31

63. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki gładkie?
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do opatrunków proste typ Foerster-Ballengger długość 245
Część R. Zestaw naczyniowy - 2 zestawy - poz. 21

62. Pytanie dot. Pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
delikatne skok zębów 0,7 mm?
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Crile Baby odgięte długość 140 mm
Część R. Zestaw naczyniowy - 2 zestawy - poz. 17

61. Pytanie dot. Pakietu nr 2



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko





Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- b) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części Przedmiotu umowy netto o której mowa § 1 ust. 3 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy lub niewykonania umowy, w szczególności w okolicznościach, o których mowa w § 2 ust. 4, § 4 ust. 3 i § 8 Umowy;
- c) w wysokości 150 zł netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w Umowie w przypadku nieusunięcia wad lub usterek albo niewykonania przeglądu gwarancyjnego w Przedmiocie umowy w okresie gwarancji, a w odniesieniu do rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę zapisów wzoru umowy w lit a, c poprzez dodanie formuły: „jednak nie więcej niż 10% wartości netto Przedmiotu umowy.

PONADTO

1. Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., dalej również „ustawa”)
 - a) uzupełnia podane ilości w załączniku nr 2 do SIWZ słowem „szt.” bądź „komplet” jak w załączonym dokumencie.
 - b) Uzupełnia JEDZ podając krótki opis jak w załączonym dokumencie.
2. Przesyła aktualne (poprawione zmianami SIWZ z dnia 9 lipca 2018 r. załączniki):
 - a) Załącznik nr 3 JEDZ narzędzia,
 - b) Załącznik nr 2 formularz asortymentowo – cenowy,
 - c) Załącznik nr 9 wzór umowy.

Z poważaniem:

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

