

Łuków, dnia 23 czerwca 2017r.

SPZOZ w Łukowie
ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

Nr postępowania: SPZOZ.ZAOP.25.ZO.3.2.17

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy : Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego Zapytania Ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji do SPZOZ w Łukowie”

Pytania do pakietu nr 1:

1. Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji o gramaturze papieru 70 g/m², wyższa gramatura niż wymagana w SIWZ gwarantuje większą wytrzymałość mechaniczną rękawów, a tym samym jest parametrem lepszym niż wymagany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza .

2. Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe złożone z folii sześciowarstwowej, łącznie z warstwą kleju, o grubości 52µm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści, aby znak CE umieszczony był jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Umieszczenie znaku CE bezpośrednio na rękawie jest niezgodne z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o szerokości 350 mm lub 400 mm, w miejsce rękawa o szerokości 380mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Z wyrazami szacunku:

Z-ca DYREKTORA
d/s Admin.-Eksplatacyjnych
Marek Zalewski